



# 醫事檢驗科公告

2023/02/17

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：台北醫事檢驗科自動血液凝固分析儀器變更為 SYSMEX CN Series

執行日期：2023/02/17

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

執行方式：

1. 因應儀器合約更新，血液凝固檢驗項目變更操作儀器為 Sysmex CN-6000/CN-3000 Series 自動血凝分析儀，方法學不變，新舊儀器差異如下表：

	異動前(舊系統)	異動後(新系統)
儀器廠牌	SYSMEX	SYSMEX
儀器型號	CS-5100 Series	CN-6000/CN-3000 Series

2. 承上，血液凝固操作檢驗項目無變更
3. 檢驗項目 Factor XII (66268)及 Factor XIII Activity (66271)，原委外台大醫院檢驗醫學部代檢業務，已評估完成將收回自行操作
4. 部分檢驗項目生物參考區間修定如下表：

檢驗代碼	檢驗項目	異動前(舊系統)	異動後(新系統)
66216	PT	8~12 sec	9.7~11.8 sec
66217	APTT	23.9~35.5 sec	24.6~31.2 sec
66219	Protein S	60~130 %	58.6~126 %
66246	Fibrinogen	200~400 mg/dL	170~420 mg/dL
66262	Factor V	70~140 %	70~120 %
66265	Factor IX	70~120 %	70~150 %
66267	Factor XI	70~120 %	70~150 %
66268	Factor XII	46~113 %	70~150 %
66271	Factor XIII	>= 70 %	70~150 %
66258	vWF Ag	50~160 %	55.9~161.6 %
66291	vWF:Rco	41~166 %	58~172 %
66269	Factor VIII inhibitor	0.5 BU	0.6BU
66270	Factor IX inhibitor	0.5 BU	0.6BU

5. 注意事項：檢驗項目之送檢流程、報告時間，均依照現行作業方式處理。

公告製訂：醫事檢驗科血液組組長 曾怡菁〈台北院區分機：3017、3023〉