



醫事檢驗科公告

2023/06/28

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：醫事檢驗科異動檢驗項目 66254 PLATELET AGGREGATION
TEST 操作機台

執行日期：2023/07/03

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

異動原因：因應儀器合約更新及簡化流程，進行儀器整合。

執行方式：

1. 異動前後儀器及方法學差異如下表：

	異動前(舊系統)	異動後(新系統)
儀器廠牌/儀器	HELENA AggRAM Analyzer	SYSMEX CN-6000 Series
原理方法學	Agglutination凝集法	Agglutination凝集法
生物參考區間	檢附 Platelet反應曲線圖形	ADP (2 μ M) 42 ~ 98 % ADP (5 μ M) 44 ~ 98 % ADP (10 μ M) 48 ~ 100 % Collagen (2 μ g/mL) 65 ~ 92 % Epinephrine (5 μ M) 3 ~ 100 % Ristocetin (1.5 mg/mL) 64 ~ 100 % Ristocetin (0.5 mg/mL) 0 ~ 15 %

2. 新系統報告將不提供Platelet反應曲線圖形

3. 採檢方式、送檢流程：請聯絡醫事檢驗科台北院區血液組預約時間

4. 操作及報告時間依照現行作業方式處理。

公告製訂：醫事檢驗科血液組組長 曾怡菁 (台北院區分機：3017、3023)